



GHC

Soluciones de limpieza
e higiene profesional



LÍNEA SALUD

CATÁLOGO **2025**

www.gammahc.cl

AGUJAS PARA PLUMA ESTÉRILES, DE UN SOLO USO

Diseñadas para utilizarse
con inyector de pluma para
la inyección subcutánea
de fármacos




Uso previsto del producto

Agujas para pluma estériles, de un solo uso, diseñadas para utilizarlas con dispositivos inyectoros de pluma para la inyección subcutánea de fármacos.

Características del producto

Inteligente

La pared fina con mayor diámetro interior suministra un flujo de insulina rápido y adecuado.¹



Simple

Fácil ajuste de la aguja de la pluma inyectora.³



Suavidad

Rectificado de precisión de 3 biseles diseñado para una inyección suave y delicada.²



Método exclusivo de lubricación DROPLICON™ desarrollado internamente para una inyección suave y delicada.³



Nuestras agujas para plumas ofrecen una solución proactiva:³

- ajuste sencillo
- mayor comodidad
- uso rápido y cómodo


Datos sobre la diabetes

La diabetes es una enfermedad en la que el organismo es incapaz de utilizar y almacenar adecuadamente la glucosa. La glucosa se acumula en el torrente sanguíneo, provocando un aumento excesivo de la glucemia (a veces denominada azúcar en sangre).

La diabetes puede causar graves complicaciones de salud, como cardiopatías, ceguera, insuficiencia renal y amputaciones de las extremidades inferiores.

Para muchos diabéticos, las inyecciones forman parte de su vida, ya que necesitan inyectarse varias veces al día.

¿Cómo utilizar las agujas para plumas droplet®?:



Los pacientes deben acordarse de ir alternando los puntos donde se inyectan, siguiendo las recomendaciones aplicables sobre la administración de insulina.⁴

Las agujas para pluma Droplet® son estériles y de un solo uso. La esterilidad está garantizada siempre que el sello de la aguja esté intacto.

¡Recuerde! Las agujas para pluma Droplet® deben utilizarse una sola vez y eliminarse en un contenedor para objetos punzantes.


La reutilización puede:

- provocar la rotura de la aguja⁵
- causar lipohipertrofia⁴
- desafilar o doblar la punta, causando hemorragias, hematomas o cicatrices^{4,6}
- aumentar el riesgo de que la aguja se rompa en la piel⁵
- aumentan el riesgo de infección porque la aguja ya no es estéril⁶



Agujas para pluma estériles, de un solo uso, diseñadas para utilizarlas con dispositivos inyectoros de pluma para la inyección subcutánea de fármacos.

Disponible en nueve versiones



Las agujas para pluma Droplet® son compatibles con la mayoría de las plumas de insulina disponibles en el mercado, para más información visite:

<http://htl-strefa.com/products/pen-needles/droplet/>

Referencias:

1. HTL-STREFA S.A. Datos en archivo. Estudio comparativo - TUV Rheinland, 2015.
2. Præstmark KA, Jensen ML, Madsen NB, et al. Pen needle design influences ease of insertion, pain, and skin trauma in subjects with type 2 diabetes. BMJ Open Diabetes Research and Care 2016;4:e000266. doi:10.1136/bmjdr-2016-000266.
3. HTL-STREFA S.A. Datos en archivo. HTL insulin pen needles- concept & product test in five European countries, PMR Consulting & Research, 2014-2018.
4. Frid AH, Kreugel G, Grossi G, et al. New insulin delivery recommendations. Mayo Clin Proc. 2016; 91 (9):1231-1255.
5. Disponible en: www.Diabetes.co.uk, Reusing Insulin Pen Needles. www.diabetes.co.uk/insulin/reusing-insulin-pen-needles.html [printed on 2019-04-12].
6. American Diabetes Association. Insulin Administration. Diab Care, Enero 2004; 27, Suppl.1.

Polonia



HTL-STREFA S.A.
ul. Adamówek 7
95-035 Ozorków
info@htl-strefa.pl
www.htl-strefa.com



Encuéntrenos en Facebook
www.facebook.com/HTLSTREFA

USA

HTL-STREFA, Inc.
3005 Chastain Meadows Pkwy
Suite 300
Marietta, GA 30066

+1 770 528 0410
info@htl-strefa.com
www.htl-strefa.com



810/TODOS/10/2019
Fabricado en Polonia



la marca se refiere al
producto no al folleto